

Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio COG 3543301-7144
UNIDADES DENTALES

Fecha: 07 DE FEBRERO DE 2025

Clave SRFyM	Descripción	Unidad de Medida	Región	Precio (No incluye IVA)
35433010005	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE UNIDAD DENTAL. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE A DETALLE EL SERVICIO:</p> <p>1.- SALIDA DE AGUA EN LA JERINGA TRIPLE, VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BOTELLA Y LIMPIEZA DE ELLA, VERIFICACIÓN DE LA SALIDA DE AGUA EN EL LLENA VASO, VERIFICACIÓN DE SALIDA DE AGUA EN LA PIEZA DE ALTA, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS Y CONEXIONES DE PROBABLES FUGAS, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE AGUA, LIMPIEZA DE SISTEMA DE ESCUPIDERA, LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE AGUA, LIMPIEZA DE VÁLVULAS INTERRUPTORAS Y NEUMÁTICAS.</p> <p>2.- SISTEMA DE AIRE: VERIFICACIÓN DE PRESIÓN EN LA BOTELLA DE AGUA, VERIFICACIÓN DE LA SALIDA DE AIRE EN LA PIEZA DE ALTA Y BAJA, VERIFICACIÓN DE LA SALIDA DE AIRE EN LA JERINGA TRIPLE, VERIFICACIÓN DE AIRE, VERIFICACIÓN DEL PEDAL, LIMPIEZA DE LA VÁLVULA DE REGULADORA DE PRESIÓN Y TRAMPA DE AGUA, VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS INTERNAS Y LLAVES DE PASO, PURGAR LINEA DE ENTRADA DE AIRE A LA UNIDAD, LIMPIEZA DE LA VÁLVULA VENTURY, LIMPIEZA DE VÁLVULAS INTERRUPTORAS Y NEUMÁTICAS.</p> <p>3.- SISTEMA ELÉCTRICO DEL SILLÓN Y LÁMPARA: VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, LIMPIEZA DE TARJETAS, VERIFICACIÓN DEL SISTEMAS DE LAS LÁMPARAS, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS GATOS DEL RESPALDO Y EL ASIENTO.</p> <p>EQUIPO(S) MARCA: XXXX. Modelo: XXX. Y NÚMERO DE INVENTARIO O ACTIVO: XXXXX</p>	Servicio	Xalapa	2,452.07
			Veracruz	2,200.00
			Orizaba-Córdoba	2,552.07
			Poza Rica-Tuxpan	2,796.80
			Coatzacoalcos-Minatitlán	2,372.90



Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana
Dirección de Recursos Materiales
Catálogo de Bienes

Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio COG 3543301-7144
SIMULADORES

Fecha: 07 DE FEBRERO DE 2025

Clave SRFyM	Descripción	Unidad de Medida	Región	Precio (No incluye IVA)
35433010621	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE SIMULADOR DOBLES. EL SERVICIO CONSTA DE: 1.- SALIDA DE AGUA EN LA JERINGA TRIPLE, MANTENIMIENTO A MONITOR Y TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL, VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BOTELLA Y LIMPIEZA DE ELLA, VERIFICACIÓN DE LA SALIDA DE AGUA EN EL LLENA VASO, VERIFICACIÓN DE SALIDA DE AGUA EN LA PIEZA DE ALTA, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS Y CONEXIONES DE PROBABLES FUGAS, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DE AGUA, LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE AGUA, LIMPIEZA DE VÁLVULAS INTERRUPTORAS Y NEUMÁTICAS. 2.- SISTEMA DE AIRE: VERIFICACIÓN DE PRESIÓN EN LA BOTELLA DE AGUA, VERIFICACIÓN DE LA SALIDA DE AIRE EN LA PIEZA DE ALTA Y BAJA, VERIFICACIÓN DE LA SALIDA DE AIRE EN LA JERINGA TRIPLE, VERIFICACIÓN DE AIRE, VERIFICACIÓN DEL PEDAL, LIMPIEZA DE LA VÁLVULA DE REGULADORA DE PRESIÓN Y TRAMPA DE AGUA, VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS INTERNAS Y LLAVES DE PASO, PURGAR LINEA DE ENTRADA DE AIRE A LA UNIDAD, LIMPIEZA DE LA VÁLVULA VENTURY, LIMPIEZA DE VÁLVULAS INTERRUPTORAS Y NEUMÁTICAS. 3.- LAMPARA: VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, LIMPIEZA DE TARJETAS, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE LAS LÁMPARAS, Y PINTURA DE PARTES OXIDADAS IGUALANDO COLOR. EQUIPO(S) MARCA: XXXX. Modelo: XXX. Y NÚMERO DE INVENTARIO O ACTIVO: XXXXX	Servicio	Xalapa Veracruz Poza Rica-Tuxpan	2,552.07 2,200.00 2,796.80

**Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio COG 3543301-7144
 COMPRESORES**

Fecha: 07 DE FEBRERO DE 2025

Clave SRFyM	Descripción	Unidad de Medida	Región	Precio (No incluye IVA)
35433010031	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPRESOR. EL SERVICIO INCLUYE: LIMPIEZA A VÁLVULA DE ADMISIÓN, VÁLVULA DE MÍNIMA PRESIÓN, SEPARADOR DE HUMEDAD, VALVULA EXTERIOR DE ENFRIADOR DE ACEITE, VALVULA EXTERIOR DE ENFRIADOR DE AIRE, LAVADO A PRESIÓN DE FILTROS DE AIRE Y COMPRESOR, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE CONTROL CON DIELÉCTRICO, VERIFICACIÓN DE BANDAS, LAVADO DEL AREA EN DONDE SE ENCUENTRA EL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE LA CAJA Y ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA Y PRUEBAS AL EQUIPO LIMPIEZA GENERAL Y REPORTE TÉCNICO MANO DE OBRA. EQUIPO(S) MARCA: XXXX. Modelo: XXX. Y NÚMERO DE INVENTARIO O ACTIVO: XXXXX</p>	Servicio	Xalapa	3,521.00
			Veracruz	3,233.96
			Orizaba-Córdoba	3,521.00
			Poza Rica-Tuxpan	3,549.34
			Coatzacoalcos-Minatitlán	3,390.80

**Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio COG 3543301-7144
 AUTOCLAVES**

Fecha: 07 DE FEBRERO DE 2025

Clave SRFyM	Descripción	Unidad de Medida	Región	Precio (No incluye IVA)
35433010732	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AUTOCLAVES EL SERVICIO CONSISTE EN: DESARMADO DEL AUTOCLAVE, VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL EQUIPO, LIMPIEZA DEL SARRO DEL TANQUE DE LA CAMARA DE ESTERILIZACION, DESARMADO Y LIMPIEZA DE LA VALVULA DE SEGURIDAD, DESARMADO DE VALVULA SOLENOIDE DE SALIDA DE VAPOR Y VALVULA DE LLENADO (SI CUENTA CON ELLA SEGÚN LA MARCA), LIMPIEZA DE TUBERIAS DEL SARRO U OXIDO, VERIFICACION DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO, VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA O PRESOSTATO SEGÚN MODELOS, CONTROL DE TEMPERATURA O PRESION, SEA ELECTRÓNICO, BIMETÁLICOS O POR MICROPROCESADOR, LIMPIEZA DE LOS MISMOS, VERIFICAR EL O LOS MANOMETROS DE PRESIÓN, VERIFICACIÓN DEL TÉRMICO DE PROTECCIÓN POR SOBRECALENTAMIENTO, INCLUYE: CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS RECALENTADAS O SI SE REQUIERE DE LOS CABLES CON DAÑOS POR CALENTAMIENTO O DAÑO EN SU AISLANTE, REPOSICIÓN DE LA FIBRA DE VIDRIO AISLANTE DE CALOR EN CASO DE NO TENER (EN SU CASO), VERIFICACIÓN DE DAÑOS EN LA ESTRUCTURA DEL TANQUE, LIJADO Y PINTURA EN CASO DE QUE SE REQUIERA, CAMBIO DE INTERRUPTORES DE ENCENDIDO O FOCOS PILOTO EN CASO DE NO FUNCIONAR, VERIFICACIÓN DEL EMPAQUE DE LA PUERTA, LIMPIEZA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (EN CASO DE TENER) REVISIÓN DEL CONTROL DE TIEMPO MECÁNICO EN ALGUNOS MODELOS, ARMADO DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. MODELOS, ARMADO DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO(S) MARCA: XXXX. Modelo: XXX. Y NÚMERO DE INVENTARIO O ACTIVO: XXXXX</p>	Servicio	Xalapa Veracruz Orizaba-Córdoba Poza Rica-Tuxpan Coatzacoalcos-Minatitlán	3,763.50 3,515.50 3,490.50 4,800.00 3,249.00